

总胆固醇 (total cholesterol, TC) 含量测定试剂盒说明书

分光光度法 50 管/48 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义:

TC 包括游离胆固醇和胆固醇酯。TC 是指组织中所有脂蛋白所含胆固醇之总和。

测定原理:

利用酯酶催化胆固醇酯水解生成游离胆固醇 (FC) 和游离脂肪酸 (FFA)，从而把胆固醇酯转化为 FC；进一步利用胆固醇氧化酶催化 FC 氧化，生成 Δ^4 -胆甾烯酮和 H_2O_2 ；最后利用过氧化物酶催化 H_2O_2 氧化 4-氨基安替比林和酚，生成红色醌类化合物；在 500nm 有特征吸收峰，其颜色深浅与 TC 含量成正比。

组成:

产品名称	FA021-50T/48S	Storage
试剂一：异丙醇（自备）	50ml	--
试剂二：液体	50ml	4°C
试剂三：粉剂	1 瓶	4°C
试剂四：液体	100 μ l	4°C
TC 标准品：液体	1ml	4°C
说明书	一份	

TC 标准品：液体 1ml \times 1 支，0.5 μ mol/ml，4°C 保存。

自备仪器和用品:

可见分光光度计、水浴锅、可调式移液枪、1ml 玻璃比色皿、异丙醇和蒸馏水。

TC 的提取:

- 1、组织中 TC 的提取：按照组织质量 (g)：试剂一体积(ml)为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1ml 试剂一）进行冰浴匀浆，8000g 4°C 离心 10min，取上清，即 TC 待测液。
- 2、细胞、细菌中 TC 的提取：先收集 400-500 万细胞或细菌到离心管内，弃上清，加 1ml 试剂一，超声波破碎 1min（强度 20%，超声 2s，停 1s），即 TC 待测液。
- 3、血清（浆）等样品：直接测定。

测定操作:

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利



伊势久(江苏连云港)生物科技有限责任公司

江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号



服务热线：0518-81263339

官网：<http://www.bio149.com>

1. 分光光度计预热 30 min，调节波长到 500 nm，蒸馏水调零。
2. TC 工作液的配制：临用前，吸取约 0.8ml 试剂二分别加入试剂三和试剂四瓶中，充分溶解后再全部转移回试剂二瓶中，充分混匀，TC 工作液置于 37°C 水浴 10min。用不完的工作液 4°C 保存一周。
3. 标准管：依次在 1ml 玻璃比色皿中加入 100μl FC 标准液和 900μl TC 工作液，混匀，37°C 静置 3h 后于 500nm 测定 A 标准管。
4. 测定管：依次在 1ml 玻璃比色皿中加入 100μl FC 待测液和 900μl TC 工作液，混匀，37°C 静置 3h 后于 500nm 测定 A 测定管。
5. 空白管：依次在 1ml 玻璃比色皿中加入 100μl 试剂一和 900μl TC 工作液，混匀，37°C 静置 3h 后于 500nm 测定 A 测定管。

注意：标准管和空白管只需测定一次。

计算公式：

1. 血清（浆）中 TC 含量：

$$\text{TC } (\mu\text{ mol/dL}) = C \text{ 标准液} \times (\text{A 测定管} - \text{A 空白管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \times 100 \\ = 50 \times (\text{A 测定管} - \text{A 空白管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管})$$

C 标准液：0.5μmol/ml；100 ml：1dL=100 ml。

2. 组织中 TC 含量：

(1)按样本蛋白浓度计算

$$\text{TC } (\mu\text{ mol/mg prot}) = C \text{ 标准液} \times (\text{A 测定管} - \text{A 空白管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{Cpr} \\ = 0.5 \times (\text{A 测定管} - \text{A 空白管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{Cpr}$$

(2)按样本质量计算

$$\text{TC } (\mu\text{ mol/g 鲜重}) = C \text{ 标准液} \times (\text{A 测定管} - \text{A 空白管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div W \\ = 0.5 \times (\text{A 测定管} - \text{A 空白管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div W$$

C 标准液：0.5μmol/ml；样本蛋白浓度，mg/ml；W：样本质量，g/ml

3. 细胞、细菌中 TC 含量：

$$\text{TC } (\mu\text{ mol}/10^4 \text{ cell}) = C \text{ 标准液} \times (\text{A 测定管} - \text{A 空白管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{细菌或细胞 } (10^4 \text{ cell/L}) \\ = 0.5 \times (\text{A 测定管} - \text{A 空白管}) \div (\text{A 标准管} - \text{A 空白管}) \div \text{细菌或细胞 } (10^4 \text{ cell/L})$$

C 标准液：0.5μmol/ml。

注意事项：

最低检出限为 1nmol/ml。

