

植物蔗糖酶 (sucrase) 试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

蔗糖酶 (EC 3.2.1.26) 是碳水化合物消化吸收的关键酶之一，能够水解蔗糖变成相应的单糖而被机体吸收。

测定原理：

本试剂盒采用 3,5-二硝基水杨酸法测定蔗糖酶催化产生的还原糖的含量，由此可得出蔗糖酶水解速度。其原理是 3,5-二硝基水杨酸与还原糖共热被还原成棕红色的氨基化合物，在一定范围内还原糖的量和反应液的颜色深度成正比。此法操作简便、迅速、杂质干扰较小。

组成：

产品名称	SC009-50T/24S	Storage
提取液：液体	60ml	4℃
试剂一：液体	2.5ml	4℃
试剂二：粉剂	1 支	4℃
试剂三：液体	5ml	常温
、说明书	一份	

试剂二：粉剂×1 支，4℃保存，用时加入 1.5ml 蒸馏水充分溶解；用不完的试剂 4℃保存；

自备仪器和用品：

可见分光光度计、沸水浴、可调式移液器、1ml 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

样品测定的准备：

按照组织质量 (g)：提取液体积(ml)为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1ml 提取液），进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

加样表测定步骤：

试剂名称 (μl)	对照管	测定管
试剂一	50	50
蒸馏水	50	

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利



伊势久(江苏连云港)生物科技有限责任公司

江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号



服务热线：0518-81263339

官网：<http://www.bio149.com>

样本	100	100
试剂二		50

置于 25°C 准确水浴 10min

试剂三	100	100
-----	-----	-----

混匀，95°C 水浴 5min 左右（盖紧，防止水分散失），冷却至室温

蒸馏水	700	700
-----	-----	-----

混匀，520nm 蒸馏水调零，测定各管吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ，每个测定管设一个对照管。

蔗糖酶活力计算：

1、标准条件下测定的回归方程为 $y = 0.1296x - 0.12$ ； x 为标准品浓度（mg/ml）， y 为吸光值。

2、按照蛋白浓度计算

单位定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化水解 1 μ g 蔗糖定义为一个酶活力单位。

蔗糖酶活力(μ g/min/mg prot) = $[1000 \times (\Delta A + 0.12) \div 0.1296 \times V1] \div (V1 \times Cpr) \div T = 771 \times (\Delta A + 0.12) \div Cpr$ 。

3、按样本鲜重计算

单位定义：每 g 组织每分钟催化水解 1 μ g 蔗糖定义为一个酶活力单位。

蔗糖酶活力(μ g/min/g 鲜重) = $[1000 \times (\Delta A + 0.12) \div 0.1296 \times V1] \div (W \times V1 \div V2) \div T = 771 \times (\Delta A + 0.12) \div W$ 。

1000: 1mg/ml=1000 μ g/ml; $V1$: 加入反应体系中样本体积, 0.1ml; $V2$: 加入提取液体积, 1ml; T : 反应时间, 10min; Cpr : 样本蛋白质浓度, mg/ml; W : 样本鲜重, g。

